

Puławy, dnia 18.09.2018 r.

Znak sprawy: DZP.220.ZP 30 PN 30.2018.PK

**DO WYKONAWCÓW
UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę urządzeń laboratoryjnych dla IUNG-PIB w Puławach w podziale na 15 części zamówienia”

Numer ogłoszenia: Nr 616094-N-2018 z dnia 2018-09-13 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień

1. Pytanie 1:

Dotyczy części 2: Dostawa kompletnego systemu liofilizującego dla Zakładu Mikrobiologii Rolniczej
Czy Zamawiający mógłby sprecyzować zapis w pkt 26 dotyczący liofilizacyjnego modułu precyzyjnego pobierania i przenoszenia roztworów odnośnie zakresu jego działania oraz wyposażenia?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Moduł powinien być wyposażony w układ automatycznego pobierania i przenoszenia roztworów o zmiennym zakresie pracy, w przedziale min 20-200ul, w blokadę wybranego zakresu pracy, w wyświetlacz ciekłokrystaliczny wskazujący wybraną wartość pracy, ewentualną potrzebę kalibracji, alarm serwisowy, stan blokady zadanego zakresu pracy, licznik ilość wykonanych pomiarów, alarm wizualny po przekroczeniu zakresu specyfikacji. Trójpozycyjny (lewo, środek, prawo) zrzutnik kapilar (stalowy i plastikowy) ze zmienną fazą ustawień.

Otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ

Zamieszczono:

- strona internetowa Zamawiającego
- tablica ogłoszeń Zamawiającego

Specjalista
Katarzyna Plis

.....
/sporządził/

Kierownik Działu
Agnieszka Stawarz

.....
/zatwierdził/